

Til praksis/BOH

Februar 2021

## Vedrørende; svarafgivelse på HbA1c ved mistanke om hæmoglobinvariant

Fra og med **d.1. marts 2021** afgives der ved mistanke om hæmoglobinvariant i de fleste tilfælde ikke numerisk svar på HbA1c (Hæmoglobin A1c: IFCC); Hb (B) NPU27300). På svarets plads vil der stå "Ej målbar" ledsaget af følgende kommentar; "Kan ikke udføres. Brug i stedet P-Glucose til diagnostik og kontrol af DM, da hæmoglobinvariant mistænkes".

I nogle tilfælde kan der på trods af mistænkt hæmoglobinvariant afgives et teknisk acceptabelt numerisk svar på HbA1c. Dette vil blive afgivet med følgende kommentar: "Resultatet kan bruges til kontrol af DM, men ikke til diagnostik eller eAG, da hæmoglobinvariant mistænkes". Den nævnte eAG er Glucose middel (fra HbA1c); P med koden NPU27412. Den beregnes ikke, da den mistænkte hæmoglobinvariants indflydelse på bl.a. erythrocytmiddellevetiden er ukendt.

Den ændrede svarafgivelse indføres for at give en ensartet svarafgivelse i hele regionen. Den er besluttet i Harmoniseringsgruppen under Sundhedsfagligt Råd Klinisk Biokemi i Region Hovedstaden.

Med venlig hilsen Centrallaboratoriet

De lægefaglige specialkonsulenter  
Klinisk biokemi  
&  
Afdelingsbionalytiker  
Vinnie Pedersen